

Achizitie directa initiata din catalogul electronic

Cod unic achizitie: DA35384001

Informatii generale	
DENUMIRE ACHIZITIE: ACHIZITIONAREA MODULELOR CALIBRATE SI CONTROLLER SPECIFIC PENTRU SISTEMUL DE MASURARE DE PRESIUNI	Data publicare: 29.03.2024 10:49
Cod si denumire CPV: 38423100-7 Instrumente de masurare a presiunii (Rev.2)	Data finalizare: 29.03.2024 10:59
Finantare prin fonduri comunitare: Nu	Data de raspuns a ofertantului: 29.03.2024 10:55
Tip de contract: Furnizare	Data de raspuns a autoritatii contractante: 29.03.2024 10:59
Stare: Oferta acceptata	

Autoritatea contractanta	Operator economic
Denumire: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiale "Elie Carafoli" - I.N.C.A.S. Bucuresti	Denumire: S.C. TXP Advisers SRL S.R.L.
CUI: 434670	CUI: 24143172
Adresa: Strada: Maniu Iuliu, nr. 220, Sector: 6, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 061126	Adresa: Strada: Radovanu, nr. 12, Sector: 2, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 022887
Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania	Localitatea, Tara: Bucuresti, Romania
Telefon: +40 0214340083	Telefon: +40 722322507
E-mail: balauru.corina@incas.ro	E-mail: office@txp.ro
Website: https://www.incas.ro	Website: https://www.txp.ro

Informatii cumparare directa

Descriere	<p>Sasiu controller de presiune dual Producator: Druck Cod: PACE 6000 Sasiu pentru controller de presiune, cu locas pentru doua module de control a presiunii. Modulele de control a presiunii sunt interschimbabile.</p> <p>1Kit montaj rack pentru PACE 6000 Cod: IO-RMK-P6000</p> <p>Modul control si masura presiune Cod: CM2 70 mbarg Producator: Druck Domeniu de presiune: -70...70mbar presiune relativa Precizie: 0.025% Rdg + 0.025% FS Stabilitate: 0,003% FS</p> <p>Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru modul CM2 Cod: UKAS CM</p> <p>Certificat de etalonare eliberat in laboratorul acreditat UKAS ISO 17025 al producatorului (Marea Britanie) Recunoscut de catre BRML. Contine tabel cu calculul incertitudinii in fiecare punct de testare. Include ajustarea indicatiei, cu eliberarea a doua certificate de etalonare: ante si post ajustare (As found si As left) - pentru instrumentele care nu sunt noi.</p> <p>Modul control si masura presiune Cod: CM3-B 21bar Domeniu de presiune: 0...21bar presiune absoluta Domeniu de masura: -1..20bar presiune relativa Referinta barometrica, precizie 0,020mbar Precizie: 0.0015%FS Incertitudine totala: 0.0011% RDG + 0.0026 % FS Stabilitate: 0,001% FS</p> <p>Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru modul Modul CM3 TERPS Cod: UKAS CM Certificat de etalonare eliberat in laboratorul acreditat UKAS ISO 17025 al producatorului (Marea Britanie) Recunoscut de catre BRML. Contine tabel cu calculul incertitudinii in fiecare punct de testare. Include ajustarea indicatiei, cu eliberarea a dou</p>
Conditii de livrare	la sediul institutului
Conditii de plata	conform contract

Repere achizitionate	Cantitate	Valoare achizitie (RON fara TVA)
ACHIZITIONAREA MODULELOR CALIBRATE SI CONTROLLER SPECIFIC PENTRU SISTEMUL DE MASURARE DE PRESIUNI	Solicitata: 1	Pret estimat: 170.680,00
Numar de referinta: PACE6000 + CM3-B + CM2	Ofertata: 1	Pret de vanzare: 170.680,00
Pret de catalog: 170.680,00 RON/bucata		Valoare estimata: 170.680,00
Cod si denumire CPV: 38423100-7 - Instrumente de masurare a presiunii (Rev.2)		Valoare de vanzare: 170.680,00

Descriere: Sasiu controller de presiune dual
Producator: Druck
Cod: PACE 6000
Sasiu pentru controller de presiune, cu locas pentru doua module de control a presiunii.
Modulele de control a presiunii sunt interschimbabile.

1Kit montaj rack pentru PACE 6000
Cod: IO-RMK-P6000

Modul control si masura presiune
Cod: CM2 70 mbarg
Producator: Druck
Domeniu de presiune: -70...70mbar presiune relativa
Precizie: 0.025% Rdg + 0.025% FS
Stabilitate: 0,003% FS

Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru modul CM2
Cod: UKAS CM

Certificat de etalonare eliberat in laboratorul acreditat UKAS ISO 17025 al producatorului (Marea Britanie)
Recunoscut de catre BRML.
Contine tabel cu calculul incertitudinii in fiecare punct de testare.
Include ajustarea indicatiei, cu eliberarea a doua certificate de etalonare: ante si post ajustare (As found si As left) - pentru instrumentele care nu sunt noi.

Modul control si masura presiune
Cod: CM3-B 21bar
Domeniu de presiune: 0...21bar presiune absoluta
Domeniu de masura: -1...20bar presiune relativa
Referinta barometrica, precizie 0,020mbar
Precizie: 0.0015%FS
Incertitudine totala: 0.0011% RDG + 0.0026 % FS
Stabilitate: 0,001% FS

Certificat de etalonare conform ISO 17025 pentru modul Modul CM3 TERPS
Cod: UKAS CM
Certificat de etalonare eliberat in laboratorul acreditat
UKAS ISO 17025 al producatorului (Marea Britanie)
Recunoscut de catre BRML.
Contine tabel cu calculul incertitudinii in fiecare punct de testare.
Include ajustarea indicatiei, cu eliberarea a doua certificate de etalonare: ante si post ajustare (As found si As left) - pentru instrumentele care nu sunt noi

TOTAL

Valoare de vanzare: 170.680,00 RON